



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Şehitkamil Devlet Hastanesi

30.01.2023

Sayı: 48736255 /
Konu: Fiyat Teklifi

İNTERNETTE YAYINLANMASI

Hastanemizin ihtiyacı olan Defibrilatör Tamirâtı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, müdürlüğümüz satın alma birimine veya mail adresine bildirilmesi hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.


Mehmet Nizamettin YILDIZ
Müdür Yardımcısı

Son Teklif Verme Tarihi:01.02.2023 10:00

Teklif Başvuru Yeri	ŞEHİT KAMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
Teslimat Yeri	ŞEHİT KAMİL DEVLET HASTANESİ
Teklif Türü	Teklif Birim Fiyat-İş Kalemleri Bazında

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

TEKLİF CETVELİ

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	Prımedic Marka Metrax Modelli M240 Tipli 004194 Seri nolu defibrilatör cihazı tamirâtı	Adet	1		
Genel Toplam:					

PRİMEDİC MARKA DEFİBRİLATÖR TAMİRAT ŞARTNAMESİ

1. Cihaza takılan parçalar cihazın orijinal parçaları olmalıdır.
2. Parça değişimi ve tamiratının yapılması durumunda en az 1(bir) yıl garantili olmalıdır
3. Değişen parça cihazla beraber teslim edilmelidir
4. Yapılan tamirat sonrası açıklayıcı servis raporu tutularak hastanemize teslim edilmelidir
5. Cihaz ambulans üzerinde test edilip medikal teknik servisin onayı alındıktan sonra cihaz teslim alınacaktır
6. Cihazın bataryası kontrol edilecek arızalı ise yenisi ile değiştirilecektir
7. Firma, tamir işlemi veya transfer sırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. gibi olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ÜCRETSİZ telafi edilecektir.
8. Firma tamirat sonrası cihazın kalibrasyonunu yapıp bunu belgelendirecektir.
9. Firma TSE TS13703 veya 12426 standardına sahip olmalıdır.

Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker

Ahmet ÖZDEMİR
Biyomedikal Tekniker